

ZAPYTANIA:

Nawiązując do akapitu II pkt 2 , ppkt 2 a i b , bardzo proszę o odstąpienie od konieczności deponowania samych implantów w szpitalu na rzecz udostępnienia: instrumentarium wraz z płytami na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni przed planowanym zabiegiem. Tworzenie samego banku implantów jak żąda Zamawiający , bez instrumentarium mija się z celem gdyż do implantacji potrzebne są kompatybilne narzędzia - które wymaga Zamawiający a które dostarczane są do szpitali wyłącznie z całym asortymentem płyt w różnych konfiguracjach. Zestawy płyt w takim rozwiązaniu są zawsze sprawdzone pod względem jakościowym, ilościowym i asortymentowym.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:

1. Czy w rozdziale XII pkt. 1 SIWZ nie zaszła omyłka pisarska w postaci ujęcia asortymentu z pakietu nr II wraz z instrumentarium do prezentacji i zamiast pakietu II powinien być pakiet III. Zamawiający pakiet nr II ujął w punkcie 2 rozdziału XII gdzie kryterium oceny ofert jest cena 100% a nie jakość jak w pkt. 1. Ponadto w nagłówku pkt. 1 Zamawiający wymienił pakiety nr I, III, VII, VIII jako pakiety podlegające kryterium oceny ofert: jakość 40%, cena 60% nie zaś pakiet II, który podlega kryterium w pkt. 2-100% cena.

Pakiet I

1. Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści gwoździe do kości ramiennej, sterylne krótkie z możliwością blokowania dystalnego poprzez 2 otwory w płaszczyźnie równoległej?

Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy:

1. **Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 2 pkt. 3 lit e, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania – dot. produktów oddanych w depozyt?**
Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.
2. **Czy Zamawiający w §3 ust 4 lit. c) doprecyzuje, iż wymóg posiadania/podawania daty ważności wyrobów sterylnych dotyczy tylko asortymentu co do którego w formularzu cenowym- zał. nr 2 do SIWZ został postawiony wymóg sterylności. Wykonawca nie ma obowiązku podawania daty ważności na produktach niesterylnych?**
3. **Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust 1 pkt 1 iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
4. **Czy Zamawiający usunie omyłkę i prawidłowo wskaże odniesienie w §8 ust.3?**

Dotyczy Pakietu nr V

Czy Zamawiający mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji dopuści bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniaalny substytut kości w postaci żelowego implantu, którego podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszone w hydrożelowym nośniku, umieszczone w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu "luer" (gotowy do aplikacji, bez konieczności łączenia składników) . Objętość: 5ml i 10ml.

Dotyczy Pakietu 1:

1. **Poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gwoźdźcia śródszpikowego udowego (uniwersalnego) posiadającego w części dalszej 3 otwory w dwóch płaszczyznach (1 dynamiczny) zamiast 4?
2. **Poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gwoźdźcia śródszpikowego puszczelowego posiadającego dwu stopniowe zagięcie części dalszej zamiast trzy stopniowego?
3. **Poz. 2c:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania wkrętów blokujących fi 4,5 i 5,0 mm zamiast fi 4,0; 4,5; 5,0 i 5,5 mm?
4. **Poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gwoźdźcia śródszpikowego puszczelowego wstecznego wygiętego zamiast prostego?
5. **Poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gwoźdźcia śródszpikowego puszczelowego wstecznego blokowanego w kości piętowej dwoma wkrętami w jednej płaszczyźnie?
6. **Poz. 4b:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania wkrętów fi 3,5 mm zamiast 1,5 mm?
7. **Poz. 7:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gwoźdźcia śródszpikowego krętarzowego krótkiego posiadającego w części dalszej 1 otwór dynamiczny i 1 otwór statyczny niegwintowany?
8. **Poz. 7:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gwoźdźcia śródszpikowego krętarzowego długiego posiadającego w części dalszej 1 otwór dynamiczny i 2 otwory statyczne niegwintowane, otwory pod wkręt fi 4,5 mm?
9. **Poz. 7e:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania wkrętów fi 4,5 mm zamiast fi 4,5 mm i 5,0 mm?
10. **Poz. 1-7:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania implantów niesterylnych?
11. **Poz. 8-23 oraz 25:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?
12. **Poz. 8:** W związku ze zróżnicowanym sposobem liczenia otworów w części nasadowej i trzonowej płytek, stosowanym w różnych firmach, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie płytki blokowanej do bliższej nasady kości puszczelowej bocznej posiadającej w części trzonowej 4-12 otworów oraz w części nasadowej 3 otworów?
13. **Poz. 9:** W związku ze zróżnicowanym sposobem liczenia otworów w części nasadowej i trzonowej płytek, stosowanym w różnych firmach, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie płytki puszczelowej bliższej L posiadającej w części trzonowej 4-12 otworów oraz w części nasadowej 5 otworów?
14. **Poz. 10:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania płytki udowej posiadającej w części trzonowej 6-12 otworów zamiast 4-10?
15. **Poz. 11:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania płytki rekonstrukcyjnej blokowanej prostej o grubości 2,5 mm?
16. **Poz. 13:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania płytki prostej szerokiej blokowanej, kompresyjnej o grubości 4,4 mm zamiast 5,7 mm?
17. **Poz. 12a, 14a, 15a:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania wkrętów blokowanych o długości L-10-40 mm zamiast L-6-40 mm?
18. **Poz. 19:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania płytki obojczykowej S posiadającej w części trzonowej 3-8 otworów dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych, a w części nasadowej 6 otworów blokowanych?
19. **Poz. 20:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania płytki obojczykowej S trzonowej posiadającej 6 do 8 otworów dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych?
20. **Poz. 21:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania płytki ramiennej dalszej grzbietowo-bocznej o długości L-65 mm –142 mm zamiast L-95 cm – 137 cm?
21. **Poz. 22:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania płytki strzałkowej dalszej bocznej o liczbie otworów od 3 do 9 zamiast od 4 do 8?
22. **Poz. 23:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania płytki ramiennej dalszej przyśrodkowej o długości L-84 mm –136 mm zamiast L-89 cm – 133 cm?
23. **Poz. 25:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania płytki puszczelowej dalszej przednio-bocznej typu L posiadającej w części trzonowej 5-9 otworów?

Dotyczy Pakietu 2:

24. **Poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania wkrętów korowych ,śr.4,5 mm o długości od 12-100mm?
25. **Poz. 8:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania podkładki pod śruby 3,1 x6,5mm lub 2,8x7 zamiast 2,9x6,5?
26. **Poz. 16:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania płytki rurkowej od dł.31 do 95mm?
27. **Poz. 17:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania płytki rurkowej od dł.37 do 133mm?
28. **Poz. 19:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania płytki rekonstrukcyjnej do miednicy w rozm.59-187mm zamiast 59-174mm?

- I. Nawiązując do akapitu II pkt 2, ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i pakietu nr 8 pozycja 3 formularza asortymentow-cenowego, bardzo proszę o odstąpienie od konieczności deponowania implantów w szpitalu na rzecz udostępnienia: instrumentarium wraz z implantami na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni przed planowanym zabiegiem tak jak to było rozwiązane dotychczas z Zamawiającym. Zestawy implantów w takim rozwiązaniu są zawsze sprawdzone pod względem jakościowym, ilościowym i asortymentowym.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z **Pakieta II** niżej wymienionych pozycji do osobnego zadania i utworzenie np. Pakietu II A ?

Pozwoli to Wykonawcy na przystąpienie do tego postępowania przetargowego oraz zaferowanie korzystnej ceny Zamawiającemu.

4	Druły KIRSCHNERA , niesterylne śr. od 0,8 mm do 3,0 mm dł. od 150 do 310 mm	szt.	2000
5	Wkręty kostkowe samogwintujące (łeb śruby z nacięciem sześciokątnym) , niesterylne śr. 4,5 mm dł. od 20 mm do 70 mm	szt.	100
6	Wkręty do kości korowej samogwintujące (łeb śruby z nacięciem sześciokątnym) , niesterylne śr. 3,5 mm, śr. 4,5 mm dł. od 10 mm do 100 mm	szt.	200
7	Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące (łeb śruby z nacięciem sześciokątnym) , niesterylne śr. 6,5 mm dł. od 25 mm do 100 mm	szt.	10
13	Druć kostny do cerklarzu od 0,7 mm do 1,0 mm dł. 10 m, niesterylny	szt.	10
14	Wkręty gąbczaste fi 6,5 mm długi i krótki gwint dł. od 45 mm do 120 mm, niesterylne (łeb śruby z nacięciem sześciokątnym)	szt.	40
15	Wkręty samogwintujące fi 3,5 mm dł. od 14 mm do 110 mm, niesterylne (łeb śruby z nacięciem sześciokątnym)	szt.	10

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie II poz.1** płytkę kostną koniczynka

Od L=88 mm, 3-otworowa

Od L=120 mm, 5-otworowa ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie II poz. 5** wkręty z końcówką trokarową ? Reszta parametrów bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie II poz. 7** wkręty z końcówką trokarową ? Reszta parametrów bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie II poz. 8** podkładki od 2.8 x 7.0 do 7.0 x 16 mm oraz 5.0 x 19 mm ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie II poz. 8** podkładki takie jak niżej ?

Zewnętrzna średnica	Wewnętrzna średnica	Dla wkrętów:
4,5 mm	2,1 mm	1,5 - 2,0 mm
7,0 mm	4,0 mm	2,7 - 3,5 mm
10,0 mm	5,0 mm	4,0 - 4,5 mm
13,0 mm	7,2 mm	6,8 mm
16,0 mm	8,0 mm	7,0 mm



Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie II poz. 16** płytkę rurkową niesterylną 7 mm , dl. od 39-71 mm , gr. 1 mm ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie II poz. 19** płytkę rekonstrukcyjną do miednicy o szer. 10 mm w rozm. 58-178 mm ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie II poz. 21** wkręty gąbczaste 3.5 mm z końcówką trokarową , tytanowe z pełnym gwintem ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie II poz. 21** wkręty gąbczaste 4.0 mm z końcówką trokarową , tytanowe z krótkim gwintem ?

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie II poz. 22** wkręty gąbczaste 4.0 mm z końcówką trokarową , tytanowe z krótkim gwintem ?

-
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 3 ust. 2) oraz udostępnienia (dot. § 3 ust. 2), których wzory przesyłamy w załączeniu?
 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3 ust. 3).
 3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:
 1. W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, dostawy określonego w § 3 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki od wartości **brutto** zamówionego, a nie dostarczonego zgodnie z potrzebami Zamawiającego asortymentu, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego asortymentu.**

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu w Nowym Tomysłu pomiędzy:
..... wpisanym do.....pod numerem....., NIP.....,
REGON.....,

reprezentowanym przez:

- 1).....,
- 2)

zwanym dalej Przechowawcą

a

Aesculap Chifa Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Tomysłu, przy ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomysł,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000094176, NIP: 788-00-08-829, REGON 6300002936,

reprezentowanym przez:

- 1).....,
- 2)

zwanym dalej Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się _____ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan _____
3. **Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan _____**

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.

4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od do
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości
i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- 1.
- 2.
- 3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA :
2. Data zabiegu:.....
3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczątką i podpis

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniur. pomiędzy:

.....
.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka zobowiązuje się oddać Klientowi do używania (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki.....
Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane użytkowaniemniezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od do r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego w stanie niepogorszonego ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA