



**Mazowiecki Szpital Wojewódzki
w Siedlcach**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, pok.138 A
www.szpital.siedlce.pl ozp@szpital.siedlce.pl
tel. 25 640-32-99 fax. 25 640-32-63

Siedlce, dn. 06.10.2017 r.

FZP-2810 – FZP/36 – EAM/17

**Do zainteresowanych
postępowaniem FZP/36 – EAM/17**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, pn: **Dostawa aparatury medycznej w ramach zadania „Doposażenie Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o. o.”**, ogłoszonego w dniu 13.09.2017 i opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.09.2017 pod poz. 2017/S 177-362043

W odpowiedzi na otrzymane zapytania Zamawiający wyjaśnia:

1) Pakiet II – Stół operacyjny

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z osłoną kolumny wykonaną w całości ze stali nierdzewnej, odporną na wnikanie płynów z gumowym przegubem w miejscu połączenia z blatem, co gwarantuje szerokie spektrum ruchów? Oferowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez większość renomowanych producentów stołów operacyjnych i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności.

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zabezpieczeniem przed przypadkową aktywacją panelu sterującego, które wymaga uprzedniego włączenia panelu przyciskiem co umożliwi regulację wybranej później funkcji? W oferowanym stole panel zabezpieczony jest osłoną (obudową) przez co nie ma możliwości jego przypadkowej aktywacji.

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 650-1010mm (bez materacy)?

Tak, Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 650-1010mm.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu siedziska/pod plecy w zakresie od -35° do +70°?

Tak, Zamawiający dopuszcza taką regulację segmentu siedzisko/plecy.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym regulacja sekcji podglówka realizowana jest w zakresie od -58° do +26° z dodatkową możliwością

wypiętrzenia go względem płyty sekcji pleców o 135mm, co jest bardzo przydatne dla anestezjologów?

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydraulicznie regulowaną sekcją pod nogi z dodatkowym wspomaganiem pneumatycznym za pomocą sprężyn gazowych? Jest to rozwiązanie korzystniejsze.

Tak, Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z elektrohydraulicznie regulowaną sekcją pod nogi z dodatkowym wspomaganiem pneumatycznym za pomocą sprężyn gazowych.

2) Pakiet IV - Rozbudowa zestawu do laparoskopii

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Zamawiający informuje, że termin dostawy nie może być dłuższy niż do 06.12.2017 r. i taki termin dostawy zostanie wpisany do umów, które będą podpisywane z wybranymi Wykonawcami. Data wykonania zadania wynika z terminu określonego w umowie na dotację zawartą przez Zamawiającego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

2. Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w przypadku kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów w okresie gwarancyjnym z max. do 5 dni do 14 dni dla urządzeń.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, o których mowa w zapytaniu, pod warunkiem wstawienia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż w urządzeniu zakupionym, na czas przedłużającej się naprawy.

3. Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wad i usterek?

Do treści § 7 pkt. 1.3 dodaje się zapis: „W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż w urządzeniu zakupionym, na czas przedłużającej się naprawy, kary umowne nie będą naliczane.”

4. Czy Zamawiający w pozycji 1 oczekuje zaoferowania sztywnego wideolaparoskopu wraz ze światłowodem co zapewni prawidłowe funkcjonowanie zestawu?

Zamawiający oczekuje zaoferowania sztywnego wideolaparoskopu wraz ze światłowodem.

5. Czy Zamawiający w pozycjach 13 i 14 oczekuje zaoferowania kompletnych trokarów składających się z gwoźdźca, zaworu wielofunkcyjnego oraz kaniuli co zapewni prawidłowe funkcjonowanie narzędzia?

Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnych trokarów z tzw. „klapką”.

6. Czy Zamawiający w pozycjach 15,16,17,18,19,22,23 oczekuje zaoferowania uchwytów bez zapinki- 4 szt. oraz uchwytów z rozszerzonymi pierścieniami na palce w ilości 4 szt. do wskazanych instrumentów co zapewni poprawne funkcjonowanie zestawów narzędziowych?

Kleszcze powinny być z zapinką a do nożyczek wymaga się uchwytów z rozszerzonymi pierścieniami na palce.

3) Pakiet III, poz. 9 - Wideocystoureteroskop PDD

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie jako równoważnego wideocystoureteroskopu HDTV z obsługą trybu obrazowania w wąskim paśmie światła. Tryb obrazowania w wąskim paśmie z wykorzystaniem dedykowanego filtra w źródle światła i oprogramowania procesora obrazu jest technologią nowocześniejszą i bezkosztową w stosunku do technologii fotodynamicznej PDD. Ponadto, powyższa technologia posiada rekomendację FDA oraz badania kliniczne potwierdzające jej skuteczność w diagnostyce NMIBC. Pozostałe parametry endoskopu bez zmian.

Zamawiający wyraża zgodę na oferowanie wideocystoureteroskopu opisanego w zapytaniu, z nowszą, bezkosztową technologią.

4) Pakiet III, poz. 7 Ureterorenoskop – 2 szt. , punkt 7.2 i punkt 7.3

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie ureterorenoskopu o rozmiarze końcówki dystalnej 8,6 Fr i rozmiarze odcinka dystalnego 9,8 Fr na długości 100 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający dopuszcza do oferowania ureterorenoskopu o rozmiarze końcówki dystalnej 8,6 Fr i rozmiarze odcinka dystalnego 9,8 Fr na długości 100 mm. pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów bez zmian.

5) Pakiet VI - Zestaw do elastycznej biopsji fuzyjnej.

Pkt 1a - Czy Zamawiający dopuści dostawę niezależnego systemu fuzyji obrazów MRI /USG pozwalającego na integrację z dowolnym aparatem USG posiadającym wyjście na zewnętrzny monitor (np. VGA, HDMI, DVI), zainstalowany na ergonomicznym jeźdźnym wózku?

Nie dopuszczamy rozwiązań nie zintegrowanego z aparatem USG.

Pkt. 1b - Czy Zamawiający zaakceptuje niezależny system fuzyji obsługiwany z wykorzystaniem klawiatury, myszki i ekranu dotykowego?

Jeżeli system jest zintegrowany z aparatem USG to Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi systemu z wykorzystaniem klawiatury, myszki i ekranu dotykowego.

Pkt 1e - Czy zamawiający zaakceptuje oprogramowanie umożliwiające zaimportowanie obrazów MRI do systemu fuzyji obrazów MRI/USG poprzez połączenie sieciowe i PACS, DVD, USB?

Zamawiający akceptuje oprogramowanie umożliwiające importowanie obrazów MRI do systemu fuzyji obrazów MRI/USG poprzez połączenie sieciowe i PACS, DVD, USB

Pkt 1h - Wnioskujemy o wykreślenie tego punktu, ze względu na wskazanie nazwy własnej systemu producenta jednej z wielu dostępnych na rynku stacji radiologicznych - MIM Software.

Zamawiający wskazuje jedynie jakiego typu powinno być oprogramowanie, nie żąda oferowania stacji MIM.

Pkt 7 - Czy zamawiający zaakceptuje dostawę aparatu USG z dwoma sondami: sondą endfire oraz sondą dwupłaszczyznową, pozwalającą na wykonanie biopsji opisaną w specyfikacji bez ograniczeń, z zapewnieniem funkcjonalności diagnostycznej stercza, skanowanie i automatyczną akwizycję obrazów USG w dwóch płaszczyznach.

Zamawiający wymaga zaoferowania, wraz z platformą USG, 5 głowic o parametrach opisanych w SIWZ.

6) Załącznik nr 1, Oferta techniczna,

Pakiet I, System monitorowania

Kardiomonitor – szt. 2

1. dot.: pkt. 18 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający zamiast funkcji wyboru jednego z min. 4 odprowadzeń do kalkulacji oddechu zbliżoną w funkcjonalności klinicznej funkcję wyboru trybu detekcji oddechu, pomiędzy standardowo działającym trybem automatycznym, a trybem ręcznym?

Zastosowanie ręcznego trybu detekcji oddechu w monitorowaniu pacjentów o słabej akcji oddechowej lub o których stosowana jest wentylacja wymuszona skutkuje wyeliminowaniem fałszywych alarmów bezdechu.

Tak, Zamawiający dopuszcza do oferowania kardiomonitora posiadającego funkcję wyboru trybu detekcji oddechu zamiast wymaganej funkcji wyboru jednego z min. 4 odprowadzeń do kalkulacji oddechu.

2. dot.: pkt. 26 – Czy w związku z tym, że kardiomonitor przeznaczony jest do monitorowania pacjentów dorosłych na Oddziale Urologicznym Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z następującymi akcesoriami pomiarowymi przeznaczonymi do monitorowania osób dorosłych: - przewód EKG 3-odprowadzeniowy, - wielorazowy czujnik SpO₂ na palec typu klips, - 3 szt. wielorazowych mankietów pomiarowych NiBP w rozmiarach (obwód przedramienia w cm): a) 20.5 – 28, b) 27 - 35 cm, c) 34 – 43, przewód powietrza NiBP, - sonda do pomiaru temperatury powierzchniowej?

Tak, Zamawiający dopuszcza do oferowania kardiomonitora z akcesoriami opisanymi w zapytaniu.

Centrala intensywnego nadzoru – szt.1

3. dot.: pkt. 1–Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania centralę intensywnego wyposażoną w komputer klasy PC z jednym twardym dyskiem i system operacyjnym Windows posiadającym aktualne wsparcie producenta oprogramowania?

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

4. dot.: pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania centralę intensywnego nadzoru wyposażoną w dwa ekrany LCD o przekątnej 23”?

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

5. dot.: pkt. 3 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania centralę intensywnego nadzoru z możliwością rozbudowy do maksymalnie 32 stanowisk?

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

6. dot.: pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania centralę intensywnego bez funkcji wyświetlania wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego z prezentacją danych w formie cyfrowej oraz w formie wykresu?

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

7. dot.: pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania centralę intensywnego z podglądem wyników pomiarów NiBP z ostatnich 240 h?

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

8. dot.: pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania centralę intensywnego z pamięcią alarmów z ostatnich 240 h monitorowania?

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

9. dot.: pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania centralę intensywnego bez funkcji drukowania raportów obliczeń hemodynamicznych oraz informacji o dawkowaniu leków oraz - raportów wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego?

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

10. dot.: pkt. 15 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania centralę intensywnego z możliwością rozbudowy o funkcję współpracy z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami Goldway typ G30?

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

7) Odnośnie wzoru umowy

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wady na jego koszt w innym autoryzowanym serwisie producenta.”

Zamawiający akceptuje zaproponowaną w zapytaniu zmianę. W umowie, jaka będzie zawierana z wybranymi Wykonawcami § 6 ust.5 otrzyma brzmienie:

„Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wady na jego koszt w innym autoryzowanym serwisie producenta.”

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Nie wyrażamy zgody na zaproponowaną zmianę. Treść § 7 pkt.1.1 pozostawia się bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”

Do treści § 7 pkt. 1.3 dodaje się zapis: „W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż w urządzeniu zakupionym, na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Treść § 8 pkt.1 pozostawia się bez zmian.

8) Dotyczy SIWZ:

1. Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia

wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Zamawiający żąda oryginalnych materiałów informacyjnych. Parametry, których brak w tych materiałach mogą być potwierdzone oświadczeniem producenta.

9) Pakiet II Stół operacyjny

1. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z kolumną umieszczoną symetrycznie względem blatu, jednakże z funkcją przesuwu wzdłużnego o parametrze zapewniającym dostęp ramienia C w celu wykonania zdjęcia RTG całego ciała pacjenta?

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga stołu z asymetrycznie umieszczoną kolumną, zapewniającą dostęp aparatu RTG od stop pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji lub przemieszczania blatu.

2. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z podstawą w kształcie prostokąta z wycięciem w dolnej części, umożliwiającą dostęp operatora do pola operacyjnego w obrębie nóg pacjenta?

Tak, pod warunkiem, że dostęp ramienia C w zakresie od stóp do klatki piersiowej pacjenta nie jest realizowany przez wykorzystanie funkcji przesuwu wzdłużnego lub zmiany położenia pacjenta.

3. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z kołami umieszczonymi w narożnikach podstawy stołu, nieznacznie wystającymi poza obrys?

Tak, pod warunkiem, że dostęp ramienia C w zakresie od stóp do klatki piersiowej pacjenta nie jest realizowany przez wykorzystanie funkcji przesuwu wzdłużnego lub zmiany położenia pacjenta.

4. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z systemem blokowania stołu do podłoża w postaci elektrycznie wysuwanych stoppek w czterech narożnikach za pomocą pilota? Stopki wysuwają się wewnątrz podwójnych kół, dzięki czemu nie ma ryzyka uderzenia lub potknięcia się o stopki przez operatora. Proponowane rozwiązanie w pełni spełnia funkcjonalność wymaganą przez Zamawiającego oraz stanowi bezpieczny sposób blokowania stołu do podłoża, bez ryzyka uszkodzenia podłogi na sali operacyjnej.

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

5. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z ramą i kolumną wykonaną w całości ze stali nierdzewnej z miejscem łączenia blatu z kolumną, osłoniętym gumowym fartuchem?

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

6. Czy Zamawiający dopuści stół z blatem i konstrukcją kolumny stołu umożliwiającą bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C) w zakresie 1185mm przy zastosowaniu funkcji przesuwu wzdłużnego?

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, które dostęp ramienia C w zakresie od stóp do klatki piersiowej pacjenta realizuje przez wykorzystanie funkcji przesuwu wzdłużnego lub zmiany położenia pacjenta.

7. Czy Zamawiający dopuści stół z funkcją wychylenia blatu poza kolumnę stołu do 995 mm przy zastosowaniu funkcji przesuwu wzdłużnego?

Zamawiający dopuszcza stół z funkcją wychylenia blatu poza kolumnę stołu do 995 mm przy zastosowaniu funkcji przesuwu wzdłużnego.

8. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z panelem sterowania awaryjnego na kolumnie z zabezpieczeniem przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności wcześniejszego wciśnięcia przycisku aktywacyjnego, uruchamiającego sterowanie z panelu na kolumnie na 15 sekund?

Tak, Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z opisanym w zapytaniu panelem sterowania awaryjnego.

9. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z elektromechaniczną regulacją segmentu nożnego w zakresie -90o do +80o?

Tak, Zamawiający dopuszcza do oferowania stołu operacyjnego z elektromechaniczną regulacją segmentu nożnego w zakresie -90° do +80°.

10. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny materacami mocowanymi a także stabilizowanymi do blatu stołu za pomocą taśm samoszczepnych?

Zamawiający nie dopuszcza do oferowania stołu operacyjnego z materacami mocowanymi a także stabilizowanymi do blatu stołu za pomocą taśm samoszczepnych.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kulicki

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ZAOPATRZENIA

Bogumiła Golbiak